

滅菌報告書（例）

○×△株式会社 殿

平成 30 年 10 月 29 日

株式会社 大東医療ガス

下記の通りの要領で滅菌いたしましたのでご報告いたします。

記

滅菌開始日時 2018 年 10 月 27 日 17 時 09 分

滅菌物取出日時 2018 年 10 月 29 日 13 時 42 分

滅菌作業の詳細

滅菌装置	東邦製作所	CT-380E
滅菌ガス	アセプトン	E.O.G.濃度 20%
滅菌時間	4 時間	温度 55℃
洗浄回数	10 回	
エアレーション時間	8 時間	

作業監督者 △△ □□

作業者 入庫： ○○ ×× 出庫：○○ ××

滅菌物の数 15 点

インジケータの変化

滅菌前（スキャン画像）	滅菌後

以上